

RESPUESTA OBSERVACIONES

INVITACIÓN A COTIZAR N° 0133 DE 2017

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LABORATORIO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para el presente proceso de selección asciende a la suma de TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS (32.707.213) INCLUIDO IVA.

Por medio de la presente la entidad se pronuncia frente a las observaciones presentadas dentro del término concedido para la invitación a cotizar N° 0133 de 2017, en los siguientes términos.

• **OBSERVACIONES**



Medellin, 23 de agosto de 2017

Señores
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P. EMPOCALDAS
MANIZALES
ASUNTO: OBSERVACIONES AL PLIEGO Proceso NúmeroS 0133 DE 2017

Respetados señores,
solicitamos a continuación aclaración respecto a los términos de referencia así:

Para el Item 1 agitador magnético con calentamiento capacidad 20 lt solicitamos a la entidad se permita ofertar el siguiente agitador digital con sonda externa el cual tiene características similares, pero definitivamente mejor tecnología que el propuesto.

Material	Cerámica recubierta con aleación de aluminio
Interfaz Usuario	Digital
Velocidad	30-1700 rpm
Exactitud de la Velocidad	5 rpm
Temperatura	Ambiente a 370°C
Resolución Temperatura	1 °C
Diámetro Plato (mm)	135mm
Capacidad (Ll)	20L
Sistema de advertencia de superficie caliente	En el display
Conexión sonda externa	PT100 (AREX Digital & PRO)
Exactitud media control de Temperatura	± 0.5 °C (VTF/ VTF EVO)
Temporizador/Auto-reversa/Protector de sonda	± 1 °C (PT100)
	Si

ANALYTICA S.A.S. - Nte: 890.935.513-9
Medellan, Calle 25a #47-39 - FBN: (574)448 59 00



Tipo de protección	IP 42
Potencia (W)	630 W
Peso	2.6 Kg
Voltaje	115 V / 60Hz
Dimensiones (mm)	160x105x280 mm

Estaremos atentos a cualquier comentario.
Cordialmente,

CAROLINA ENCISO
CAROLINA ENCISO NOREÑA
Representante Legal
ANALYTICA SAS

Notificaciones:
Nombre: Janeth Espitia
Tel: (4) 4485900
Móvil: 3006758350
Dirección: Calle 25 A No.43b-39
E-mail: comercial@analytica.com.co


PREGUNTA:

1. "Solicitamos a continuación aclaración respecto a los términos de referencia así: Para el Item 1 agitador magnético con calentamiento capacidad 20 lt solicitamos a la entidad se permita ofertar el siguiente agitador digital con sonda externa el cual tiene características similares, pero definitivamente mejor tecnología que el propuesto."

RESPUESTA:

1. EMPOCALDAS S.A. E.S.P., no acepta la observación presentada para la invitación a cotizar N° 133 de 2017, debido a que las características técnicas ofertadas por el proponente **ANALYTICA** corresponden a un equipo que no cumple con las especificaciones solicitadas en el Análisis de Conveniencia y Oportunidad.

Manizales, agosto 24 de 2017



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



Vbo. Nubia Janeth Galvis González
Jefe Sección Técnica



Vbo. Andrés Mauricio Chaverra González
Jefe Sección Suministros



Vbo. Andrés Felipe Taba Arroyave
Jefe Sección Contratación

Proyecto: Santiago Moreno Giraldo

